

Solicitação de esclarecimento

Solicitamos ao Centro universitário Municipal de Franca que nos esclareça os seguintes pontos em relação ao lote 1 – monitores multiparamétricos, do processo licitatório 10/2018:

1 - O descritivo técnico do edital solicita algumas características que não são mais encontradas em nenhum equipamento comercializado legalmente no mercado, tais como: “ TOUCH-PAD PARA FACILITAR NAVEGAÇÃO”, “INTERFACE INFRAVERMELHO PARA COMUNICAÇÃO REMOTA SEM FIO”, “CONEXÃO COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS” e “RECEBE E EXIBE RESULTADOS DE EXAMES”.

Assim sendo, solicitamos que o Centro Universitário Municipal de Franca nos esclareça se os equipamentos ofertados pelos fornecedores deverão atender na íntegra a todas as características descritas nas especificações técnicas do edital, incluindo-se as características que não são mais encontradas em nenhum equipamento no mercado, ou se serão aceitos monitores que executem as mesmas funções de monitoração de paciente, sem que estes atendam a todas características técnicas contidas no edital.

2 - O descritivo técnico do edital solicita que o equipamento monitore os seguintes parâmetros: “ANÁLISE DE ARRITMIA E SEGMENTO ST”, “ELETROCARDIOGRAMA/ECG”, “OXIMETRIA”, “PRESSÃO NÃO INVASIVA”, “RESPIRAÇÃO” e “TEMPERATURA”.

Em outro trecho do descritivo é solicitado: “TECLAS DE ACESSO RÁPIDO...ZERAMENTO DE PRESSÃO INVASIVA”.

Solicitamos então que o Centro Universitário Municipal de Franca nos esclareça se o monitor solicitado pelo edital deve ou não possui monitoração de pressão invasiva, uma vez que essa característica não é exigida pelo descritivo do edital, mas é solicitada em outro trecho do descritivo “ZERAMENTO DE PRESSÃO INVASIVA”, o que tornaria o edital incoerente.