

**ESCLARECIMENTOS - PROCESSO N.º 11/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2018**

Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratório de práticas cirúrgicas avançadas do curso de medicina

A empresa Cirúrgica Ávila Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda, solicita esclarecimentos da licitação supracitada sobre o Lote 2 – Aparelho de Anestesia:

- Sobre o Tamanho do monitor, em edital solicita display LCD de no mínimo 7 polegadas, porém serão aceitos a partir de 5,5 polegadas, pois essa especificação não afeta as funções básicas e necessárias de funcionamento do equipamento;

Quanto ao Edital do Processo nº 11/2018 – Pregão o nº 09/2018, e seus Anexos se mantêm inalterados.

Franca-SP, 12 de março de 2018.

Profa. Dra. Melissa Franchini Cavalvanti Bandos
Pró-Reitora de Administração