

ESCLARECIMENTOS - PROCESSO N.º 11/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2018

Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratório de práticas cirúrgicas avançadas do curso de medicina

A empresa GE Healthcare, solicita esclarecimentos da licitação supracitada sobre o Lote 2 – Aparelho de Anestesia:

- Sobre a especificação que fala sobre garantir uma concentração mínima de 25% de O₂, serão aceitos aparelhos de anestesia que garantam uma concentração mínima de 21% de O₂. Com a análise técnica, foi averiguado que solicitar que garanta 25% de O₂ aumenta significativamente o grau de complexidade do equipamento licitado, o que também aumenta o valor do equipamento substancialmente além de diminuir o número de participantes no processo licitatório, com isso o aumento da abrangência da especificação supracitada proporciona a ampla participação do processo conforme rege a lei 8.666, garantindo a competitividade do processo licitatório;

- Sobre a aceitação de documentos com autenticação digital, serão aceitos desde que dentro do prazo de validade do documento, e esta data será conferida pela comissão permanente de licitações (CPL).

Quanto ao Edital do Processo n° 11/2018 – Pregão o n° 09/2018, e seus Anexos se mantêm inalterados.

Franca-SP, 12 de março de 2018.

*Profa. Dra. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos
Pró-Reitora de Administração*