

## **ESCLARECIMENTOS - PROCESSO N.º 11/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2018**

**Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratório de práticas cirúrgicas avançadas do curso de medicina**

**A empresa ProLife Equipamentos Médicos Eireli, solicita esclarecimentos da licitação supracitada sobre o Lote 1 - Monitores Multiparâmetro:**

- Sobre a expansão modular, em edital refere-se a capacidade de expansão futura da tecnologia, que deve possibilitar em caso de interesse da contratante a aquisição de novas funcionalidades que poderão ser inseridas ao equipamento por meio de adição de módulo físico, upgrade de hardware ou software, não restrita apenas a modularização física (adoção de módulos para adicionar novas funções);

- Sobre o Leitor de Código de Barras, refere-se a uma tecnologia nova que não afeta as funções básicas e necessárias de funcionamento do equipamento, assim serão aceitos equipamentos que não possuem essa tecnologia; e

- Sobre a inclusão de acessórios para uso neonatal, ficam mantidos os acessórios inicialmente exigidos em edital.

**A empresa Zafalon Soluções Hospitalares solicita esclarecimentos da licitação supracitada sobre o Lote 3 – Bisturi Eletrônico Microprocessado:**

- Sobre a frequência mínima de operação, serão aceitos equipamentos que contemplem em suas especificações frequência de operação de no mínimo 400 KHZ.

Quanto ao Edital do Processo nº 11/2018 – Pregão o nº 09/2018, e seus Anexos se mantêm inalterados.

Franca-SP, 09 de março de 2018.

---

*Profa. Dra. Melissa Franchini Cavalvanti Bandos  
Pró-Reitora de Administração*