

PEDIDO DE QUESTIONAMENTO AO EDITAL PP 009/2018

À
CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA – UNI-FACEF

Prezados,

A empresa **PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.**, estabelecida na Av. Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, 6800 – Desm. Murilo Gattini, CEP 37550-000 – Pouso Alegre/MG, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 66.783.630/0002-79 e I. E. Nº 001030811.00-30, filial situada na cidade de São Paulo, na Rua Mirassol, 310 – Bairro: Vila Clementino – CEP: 04.044-010, inscrita no CNPJ sob o n. 66.783.630/0001-98, vem, respeitosa e tempestivamente, apresentar o presente **Questionamento**, pelos seguintes motivos:

I - Questionamento:

- Solicitação de Expansão Modular:

O edital solicita que o monitor faça a expansão através da tecnologia modular. É necessário que o monitor realmente tenha essa característica ou serão aceitos equipamentos que podem receber os parâmetros solicitados através da tecnologia pré-configurada?

- Solicitação de Leitor de Código de Barras:

Tal exigência afeta a competitividade no certame, visto que esta tecnologia ainda é uma tecnologia muito recente, que a minoria dos fabricantes a desenvolveram em seus monitores.

Esta tecnologia pode ser retirada com a intenção de permitir que os outros fabricantes possam participar fornecendo equipamentos de qualidade e que atendam à Finalidade do Objeto Monitor Multiparâmetro sem afetar a suas funções básicas e necessárias de funcionamento?

- Inclusão de Acessórios para uso Neonatal

Em contato com a Instituição, fomos informados que os equipamentos serão utilizados para uso de estudos em animais de pequeno porte, portanto sugiro que seja feita a inclusão dos acessórios neonatais. Conforme a lista sugerida abaixo:

- 01 Cabo de ECG 3 vias
- 01 Cabo de extensão para oximetria
- 01 Sensor reutilizável de oximetria, tipo "Y" Multi-Site
- 01 Manguito para Pressão Não Invasiva, reutilizável, para uso neonatal
- 01 Sensor de temperatura, reutilizável, tipo pele para neonatal/pediátrico
- 01 Sensor de temperatura, reutilizável, tipo retal/esofágico para neonatal/pediátrico
- 01 Cabo de força padrão ABNT
- 01 Manual de Operação impresso ou em CD-Rom

Sendo assim, gostaria de saber: esta informação realmente é válida para o edital?

II – Do Pedido

Diante dos fatos e fundamentos ora apresentados, a **PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS** tendo confiança no bom senso e sabedoria desta respeitada Instituição Pública, **requer:**

- **Resposta ao Questionamento**, com o intuito de colaborar com o bom andamento do pregão em epigrafe, e com a finalidade da justa e benéfica disputa licitatória entre os participantes interessados nesse certame.

Colocamo-nos à inteira disposição para esclarecimentos adicionais e aproveitamos a oportunidade para encaminhar nossas cordiais saudações.

São Paulo, 08 de Março de 2018



Erick Yuki Hiratsuka
Representante Legal
RG nº 30.543.863-3 SSP/SP
CPF: 321.985.398-61