

## ESCLARECIMENTOS DO PROCESSO Nº 39/2018 – PE Nº27/2018

1 - Lote 02 – Item 02 – Cama Hospitalar Motorizada.

O descritivo técnico do edital é bem simples comparado ao valor de referência que a Instituição tem para pagar neste equipamento.

A Instituição tem verba para adquirir um equipamento de melhor qualidade, com 04 motores, com movimentos totais elétricos.

R: Será mantido o descritivo original, conforme edital.

2 - Lote 03 – Item 03 – Maca Hospitalar para Transporte:

Há uma divergência técnica na especificação: inicialmente pede com ESTRUTURA BRANCA, TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL.

Esclarecemos que ou o equipamento é em AÇO INOX ou PINTADO (ESTRUTURA BRANCA), sendo pintada a estrutura dela será em aço carbono.

O valor que a Instituição tem de referência é suficiente para adquirir um equipamento em AÇO INOX.

R: Considerar que o equipamento deverá ser em AÇO INOX.

3 - Lote 05 – Item 05 – Cama + Colchão:

Há uma divergência técnica na especificação: numa parte pede em aço inox e em outra parte pede pintura eletrostática.

Esclarecemos que ou o equipamento é em AÇO INOX ou PINTURA

ELETROSTÁTICA, sendo que a pintura eletrostática a estrutura dele será em aço carbono.

R: Considerar a ESTRUTURA EM AÇO INOX e alguns acabamentos da Cama em pintura eletrostática, mas toda estrutura deverá ser em aço inox.

**Bruna Sousa Ferreira**  
Presidente da Comissão Permanente de  
Licitações do Uni-FACEF - COPEL